

Số: 274/QĐ-BVĐK

Yên Bái, ngày 26 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt yêu cầu báo giá gói thầu:
Mua sắm vật tư tiêu hao cho các máy xét nghiệm phục vụ công tác khám
bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái**

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn
nhà thầu.

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt yêu cầu báo giá gói thầu: Mua sắm vật tư tiêu hao cho
các máy xét nghiệm phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Yên Bái (Có Yêu cầu báo giá kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phòng Vật tư trang thiết bị Y tế, Phòng Tài chính Kế toán, Tổ Chuyên gia
đấu thầu và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT.



Trần Lan Anh

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Mua sắm vật tư tiêu hao cho các máy xét nghiệm phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: *Mua sắm vật tư tiêu hao cho các máy xét nghiệm phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái* với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái
- Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: DS Hoàng Duy Khánh
- Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư trang thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

- Số điện thoại: 0962.743.666

- Địa chỉ email: ds Khanhbvt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận Hồ sơ báo giá qua email.
- Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Vật tư trang thiết bị Y tế – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước 16h30 ngày 08 tháng 7 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 08 tháng 7 năm 2024.

6. Hình thức đăng tải: Đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái <http://benhvientinhuyenbai.vn/>

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục trang thiết bị y tế:

Stt	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Bóng đèn Halogen	- Điện áp: 12V; Công suất: 20W - Tương thích và sử dụng được cho máy xét nghiệm sinh hóa Beckman Coulter - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	24	Cái
2	Điện cực Clo	- Cấu tạo bằng màng rắn (muối amoni loại 4). Tuổi thọ \geq 20.000 mẫu - Tương thích và sử dụng được cho máy xét nghiệm sinh hóa Beckman Coulter - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	6	Cái
3	Điện cực Kali	- Cấu tạo bằng màng ether crown. Tuổi thọ \geq 20.000 mẫu - Tương thích và sử dụng được cho máy xét nghiệm sinh hóa Beckman Coulter - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	6	Cái
4	Điện cực Natri	- Cấu tạo bằng màng ether crown. Tuổi thọ \geq 20.000 mẫu - Tương thích và sử dụng được cho máy xét nghiệm sinh hóa Beckman Coulter - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	6	Cái
5	Dây bơm	- Chiều dài \geq 10 cm - Tương thích và sử dụng được cho máy xét nghiệm sinh hóa Beckman Coulter - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	32	Cái
6	Kim hút bệnh phẩm	- Dùng để hút mẫu bệnh phẩm - Chiều dài \geq 19cm - Tương thích và sử dụng được cho máy xét nghiệm sinh hóa Beckman Coulter - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	2	Cái
7	Kim hút hóa chất	- Dùng để hút hóa chất - Tương thích và sử dụng được cho máy xét nghiệm sinh hóa Beckman Coulter - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	2	Cái
8	Xi lanh hút hóa chất	- Dùng để hút hóa chất - Tương thích và sử dụng được cho máy xét nghiệm sinh hóa Beckman Coulter - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	8	Cái
9	Xi lanh hút mẫu	- Dùng để hút mẫu bệnh phẩm - Tương thích và sử dụng được cho máy xét nghiệm sinh hóa Beckman Coulter - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	2	Cái
10	Cốc mẫu	- Chất liệu: Polystyrene, dung tích 0,5 mL - Tương thích và sử dụng được cho máy xét nghiệm miễn dịch Beckman Coulter - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	3.000	Cái
11	Túi đựng chất thải	- Chất liệu: nhựa - Tương thích và sử dụng được cho máy xét nghiệm miễn dịch Beckman Coulter	2	Cái



Handwritten signature

Stt	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
12	Bộ dây bơm nhu động	- Chất liệu: cao su. Đường kính trong 1.29mm - Tương thích và sử dụng được cho máy xét nghiệm miễn dịch Beckman Coulter	3	Cái
13	Bộ dây bơm nhu động	- Chất liệu: cao su. Đường kính trong 2.79mm - Tương thích và sử dụng được cho máy xét nghiệm miễn dịch Beckman Coulter	2	Cái
Tổng khoản: 13 khoản				

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Chậm nhất 10 ngày sau khi nhận được dự trù của bên mời thầu.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

- Thời hạn thanh toán: Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ khi nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu (chứng từ thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật).

- Đồng tiền thanh toán theo hợp đồng: Đồng Việt Nam (VND).

- Số lần thanh toán: Thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng hoặc nhiều lần trong quá trình thực hiện hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không.



Handwritten signature