

Số: 546/QĐ-BVĐK

Yên Bái, ngày 17 tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Yêu cầu báo giá:

Mua sắm vật tư, phụ kiện cho thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 và Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt yêu cầu báo giá gói thầu: Mua sắm vật tư, phụ kiện cho thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái (Có Yêu cầu báo giá kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phòng Vật tư - Thiết bị y tế, Phòng Tài chính - Kế toán, Tổ Chuyên gia đấu thầu và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Diễm Sơn

YÊU CẦU BÁO GIÁ

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 516/QĐ-BVĐK ngày 17 / 6 /2025
của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái)*

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: *Mua sắm vật tư, phụ kiện cho thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái*, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái
- Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: DS Hoàng Duy Khánh
- Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư - Thiết bị Y tế
- Số điện thoại: 0962.743.666
- Địa chỉ email: dskhanhbvt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận Hồ sơ báo giá qua email: dskhanhbvt@gmail.com.
- Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Vật tư - Thiết bị y tế – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước 16h30 ngày 27 tháng 6 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2025.

6. Hình thức đăng tải:

- Đăng tải trên trang thông tin Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: <https://muasamcong.mpi.gov.vn/> của Bộ Tài chính.

- Đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái [http: https://benhvientinhvienbai.vn/](http://benhvientinhvienbai.vn/).

II. Nội dung yêu cầu báo giá:



1. Danh mục hàng hóa:

Stt	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Bao đo huyết áp	- Bao đo huyết áp không xâm lấn dùng cho người lớn, sử dụng nhiều lần. - Chất liệu: Nylon TPU mềm - Bao đo 2 dây kèm nút nối - Kích thước: 25 - 35 cm - Tương thích và sử dụng được cho nhiều loại monitor theo dõi bệnh nhân - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	cái	80
2	Cảm biến SpO2	- Dùng cho Người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh - Công nghệ đo: LED 3 bước sóng và bộ thu nhận quang học. Bước sóng LED: 660nm/ 880nm/ 940nm - Độ chính xác SpO2: $\pm 3\%$ (70-100%); Không xác định (0-69%) - Dải đo nhịp mạch: 20 - 250 nhịp/ phút. Độ chính xác đo nhịp mạch: ± 3 (20 - 250 nhịp/ phút) - Cáp bằng TPU, Đường kính 4mm, dài ≥ 1 m. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	cái	50
3	Dây đo điện tim	- Cáp đo điện tim 3 điện cực chuẩn AHA - Chiều dài ≥ 3 m - Tương thích và sử dụng được cho nhiều loại monitor theo dõi bệnh nhân - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	cái	40
4	Cáp SpO2	- Cáp nối với cảm biến để đo SPO2 - Chiều dài ≥ 2.2 m - Tương thích và sử dụng được cho nhiều loại monitor theo dõi bệnh nhân - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	cái	10
5	Cáp điện tim (dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân)	- Cụm cáp điện tim chuẩn AHA - Tương thích và sử dụng được cho nhiều loại monitor theo dõi bệnh nhân - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	cái	35
6	Cáp điện tim (dùng cho máy điện tim)	- Chiều dài ≥ 3 m - Tương thích và sử dụng được cho nhiều loại máy điện tim - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	cái	25
7	Dây dẫn khí	- Dây dẫn khí kết nối với bao đo huyết áp và máy theo dõi bệnh nhân - Chiều dài ≥ 3 m - Tương thích và sử dụng được cho nhiều loại monitor theo dõi bệnh nhân	cái	30



Handwritten signature

Stt	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
		- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485		
8	Dây máy thở	- Kích thước các cỡ (dùng cho cả người lớn và trẻ em) - Sử dụng được nhiều lần cho máy thở - Chất liệu: Silicon - Hấp sấy tiệt trùng được - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	cái	40
9	Bóng bóp hỗ trợ người lớn	- Mặt nạ thở người lớn - Chất liệu: Silicon - Cổng kết nối bệnh nhân: đường kính trong $15\text{mm} \pm 0,5\text{mm}$; đường kính ngoài $22\text{mm} \pm 0,5\text{mm}$ - Cổ túi silicon: đường kính trong $25\text{mm} \pm 0,5\text{mm}$ - Đầu túi chứa oxy tái sử dụng: đường kính ngoài $25\text{mm} \pm 0,5\text{mm}$ - Đầu vào khí oxy: đường kính ngoài $6\text{mm} \pm 0,5\text{mm}$ - Thể tích $1600\text{ml} \pm 150\text{ml}$ - Túi chứa khí $\geq 2700\text{ml}$ - Tiệt trùng được - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	cái	30
Tổng khoản: 09 khoản				

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giỏi Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Chậm nhất 20 ngày sau khi nhận được dự trù của bên mời thầu.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.
- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.
- Thời hạn thanh toán: Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ khi nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu (chứng từ thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật).
- Đồng tiền thanh toán theo hợp đồng: Đồng Việt Nam (VND).
- Số lần thanh toán: Thanh toán nhiều lần trong quá trình thực hiện hợp đồng.

5. Các thông tin khác:

- Các nhà sản xuất, cung cấp báo giá theo mẫu Báo giá (đính kèm).

[Chữ ký]

Tên nhà thầu:

Số:

Mẫu báo giá
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

Trên cơ sở Yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa như sau:

1. Báo giá cho hàng hóa và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1	A									
2	B									
n	...									

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm 2025.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

, ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 