

Số: 61/QĐ-BVĐK

Yên Bái, ngày 15 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Yêu cầu báo giá:

Xét nghiệm định kỳ nước RO phục vụ công tác chuyên môn Đơn nguyên
thận nhân tạo khoa Hồi sức tích cực - Chống độc năm 2025

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn
nhà thầu;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt yêu cầu báo giá gói thầu: Xét nghiệm định kỳ nước RO
phục vụ công tác chuyên môn Đơn nguyên thận nhân tạo khoa Hồi sức tích cực -
Chống độc năm 2025 (Có Yêu cầu báo giá kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phòng Vật tư - Thiết bị Y tế, Phòng Tài chính - Kế toán, Tổ Chuyên gia
đấu thầu và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /f

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT.



PHÓ GIÁM ĐỐC
Diêm Sơn

YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 61/QĐ-BVĐK ngày 17/02/2025
của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái)

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: *Xét nghiệm định kỳ nước RO phục vụ công tác chuyên môn Đơn nguyên thận nhân tạo khoa Hồi sức tích cực - Chống độc năm 2025*, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái
- Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: DS Hoàng Duy Khánh
- Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư - Thiết bị Y tế
- Số điện thoại: 0962.743.666
- Địa chỉ email: ds Khanhbvt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Vật tư - Thiết bị Y tế – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước 16h30 ngày 28 tháng 02 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 28 tháng 02 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Dịch vụ xét nghiệm mẫu nước RO bao gồm các chỉ số hóa lý, vi sinh, Endotoxin (24 chỉ tiêu theo tiêu chuẩn ISO 23500-3:2019 (E) hoặc ASNI/AAMI 13959:2014 đối với nước chạy thận nhân tạo), chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu theo Bảng sau:

(Chữ ký)



STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị tính	Số lượng mẫu/lần	Tần suất (số lần)	Địa điểm thực hiện lấy mẫu	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kali (K)	mẫu	2	2	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	31/12/2025
2	Natri (Na)	mẫu	2	2		
3	Canxi (Ca)	mẫu	2	2		
4	Magie (Mg)	mẫu	2	2		
5	Florua (F ⁻)	mẫu	2	2		
6	Tổng Clo	mẫu	2	2		
7	Nitrat (tính theo N)	mẫu	2	2		
8	Sunphat (SO ₄ ²⁻)	mẫu	2	2		
9	Đồng (Cu)	mẫu	2	2		
10	Bari (Ba)	mẫu	2	2		
11	Kẽm (Zn)	mẫu	2	2		
12	Nhôm (Al)	mẫu	2	2		
13	Chì (Pb)	mẫu	2	2		
14	Bạc (Ag)	mẫu	2	2		
15	Cadimi (Cd)	mẫu	2	2		
16	Crom (Cr)	mẫu	2	2		
17	Selen (Se)	mẫu	2	2		
18	Thủy ngân (Hg)	mẫu	2	2		
19	Asen (As)	mẫu	2	2		
20	Beri (Be)	mẫu	2	2		
21	Tali (Tl)	mẫu	2	2		
22	Antimon (Sb)	mẫu	2	2		
23	Tổng số vi sinh vật	mẫu	2	2		
24	Endotoxin	mẫu	2	4		

- Báo giá trọn gói dịch vụ Xét nghiệm định kỳ nước RO phục vụ công tác chuyên môn Đơn nguyên thận nhân tạo khoa Hồi sức tích cực - Chống độc năm 2025 theo danh mục trên đã bao gồm toàn bộ các chi phí, dịch vụ liên quan khác.