

Số: 671 /QĐ-BVĐK

Yên Bái, ngày 20 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt yêu cầu báo giá gói thầu:
Mua sắm Y cụ, dụng cụ phẫu thuật của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái**

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt yêu cầu báo giá gói thầu: Mua sắm Y cụ, dụng cụ phẫu thuật của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái (Có Yêu cầu báo giá kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phòng Vật tư - Thiết bị y tế, Phòng Tài chính - Kế toán, Tổ Chuyên gia đấu thầu và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Trần Lan Anh

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Mua sắm Y cụ, dụng cụ phẫu thuật của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: *Mua sắm Y cụ, dụng cụ phẫu thuật của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái* với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái
- Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: DS Hoàng Duy Khánh
- Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư - Thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

- Số điện thoại: 0962.743.666

- Địa chỉ email: dskhanhbvt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận Hồ sơ báo giá qua email: dskhanhbvt@gmail.com.
- Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Vật tư - Thiết bị y tế – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước 10h30 ngày 02 tháng 12 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 02 tháng 12 năm 2024.

6. Hình thức đăng tải: Đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái <http://benhvientinhuyenbai.vn/> và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia <https://muasamcong.mpi.gov.vn/>.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: *chi tiết theo phụ lục đính kèm*
2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.



3. Thời gian giao hàng dự kiến: Chậm nhất 10 ngày sau khi nhận được dự trù của bên mời thầu.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.


- Thời hạn thanh toán: Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ khi nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu (chứng từ thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật).

- Đồng tiền thanh toán theo hợp đồng: Đồng Việt Nam (VND).

- Số lần thanh toán: Thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng hoặc nhiều lần trong quá trình thực hiện hợp đồng.

5. Các thông tin khác:

- Các nhà sản xuất, nhà cung cấp báo giá theo mẫu Báo giá (đính kèm)





Tên nhà thầu:

Mẫu báo giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2024

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

Trên cơ sở Yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1	A									
2	B									
n	...									

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm 2024 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

, ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

Phụ lục
DANH MỤC HÀNG HÓA ĐỀ XUẤT MUA SẴM
(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 20/11/2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái)

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Banh phẫu thuật Hartmann	Banh phẫu thuật Hartmann Chất liệu: thép không gỉ, cong hình chữ Z. Kích thước $\geq 160\text{mm}$. Tiệt trùng được bằng nhiệt độ hoặc hơi nước Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	3
2	Banh phẫu thuật xương sườn Finochietto	Banh phẫu thuật xương sườn Finochietto Chất liệu: thép không gỉ Chiều rộng $210\text{mm} \pm 5\%$ Tiệt trùng được bằng nhiệt độ hoặc hơi nước Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Nhà sản xuất/ chủ sở hữu thuộc nhóm nước G7	Cái	2
3	Bẫy xương	Chất liệu: thép không gỉ. Mũi cong. Kích thước $\geq 160\text{mm}$ Tiệt trùng được bằng nhiệt độ hoặc hơi nước Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	2
4	Dây dẫn mũi khoan 2.6mm	Chất liệu: thép không gỉ Đường kính 2.6mm Tiệt trùng được bằng nhiệt độ hoặc hơi nước Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	1
5	Dây dẫn mũi khoan 3.6mm	Chất liệu: thép không gỉ Đường kính 3.6mm Tiệt trùng được bằng nhiệt độ hoặc hơi nước Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	1

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
6	Kéo bóc tách phẫu thuật	<p>Chất liệu: thép không gỉ. Kích thước $\geq 160\text{mm}$. Tiết trùng được bằng nhiệt độ hoặc hơi nước Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Nhà sản xuất/ chủ sở hữu thuộc nhóm nước G7</p>	Cái	20
7	Kéo cắt chỉ phẫu thuật	<p>Chất liệu: thép không gỉ, thẳng, mũi tù, kích thước $\geq 170\text{mm}$ Tiết trùng được bằng nhiệt độ hoặc hơi nước Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương</p>	Cái	10
8	Kéo giác mạc	<p>Chất liệu: thép không gỉ. Cong, đầu nhọn, lưỡi dài $10\text{mm} \pm 10\%$; tổng chiều dài $\geq 85\text{mm}$. Tay cầm có răng cưa chống trượt Tiết trùng được bằng nhiệt độ hoặc hơi nước Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Nhà sản xuất/ chủ sở hữu thuộc nhóm nước G7</p>	Cái	2
9	Kẹp sáng mổ	<p>Chất liệu: thép không gỉ. Kích thước $\geq 130\text{mm}$. Tiết trùng được bằng nhiệt độ hoặc hơi nước Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương</p>	Cái	20
10	Kìm cắt đinh	<p>Chất liệu: thép không gỉ, chuôi vàng Kích thước $\geq 220\text{mm}$. Tiết trùng được bằng nhiệt độ hoặc hơi nước Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương</p>	Cái	20
11	Kìm giữ xương	<p>Kim giữ xương phẫu thuật Farabeuf-Lambotte Chất liệu: thép không gỉ Kích thước $\geq 250\text{mm}$. Tiết trùng được bằng nhiệt độ hoặc hơi nước Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương</p>	Cái	4

9/

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
12	Kìm kẹp kim	Kìm kẹp kim cong, hàm 12mm ± 10%, không có khóa Chất liệu: titanium Chiều dài ≥ 100mm Tiệt trùng được bằng nhiệt độ hoặc hơi nước Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Nhà sản xuất/ chủ sở hữu thuộc nhóm nước G7	Cái	2
13	Kìm mang kim	Chất liệu: thép không gỉ Kích thước ≥ 180mm. Tiệt trùng được bằng nhiệt độ hoặc hơi nước Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	20
14	Lóc màng xương	Chất liệu: thép không gỉ Kích thước ≥ 240mm Tiệt trùng được bằng nhiệt độ hoặc hơi nước Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	5
15	Panh giác mạc	Panh giác mạc 1x2 răng kích thước 0.12mm, chất liệu: titanium, cán phẳng, chiều dài ≥ 80mm Tiệt trùng được bằng nhiệt độ hoặc hơi nước Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Nhà sản xuất/ chủ sở hữu thuộc nhóm nước G7	Cái	2
16	Panh phẫu thuật có máu	Panh phẫu thuật cong, có máu Chất liệu: thép không gỉ Kích thước ≥ 160mm Tiệt trùng được bằng nhiệt độ hoặc hơi nước Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	5
17	Panh phẫu thuật không máu	Panh phẫu thuật cong, không máu Chất liệu: thép không gỉ Kích thước ≥ 160mm Tiệt trùng được bằng nhiệt độ hoặc hơi nước Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	30

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
18	Panh rút chỉ	<p>Chất liệu Titanium, hàm cong. Chiều dài 110mm ± 5% Tiệt trùng được bằng nhiệt độ hoặc hơi nước Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Nhà sản xuất/ chủ sở hữu thuộc nhóm nước G7 Panh xé bao cán tròn, đầu nhọn tạo đường hầm, hàm kẹp dài 11mm ± 10%, Chiều dài ≥ 110mm Chất liệu titanium Tiệt trùng được bằng nhiệt độ hoặc hơi nước Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Nhà sản xuất/ chủ sở hữu thuộc nhóm nước G7</p>	Cái	2
19	Panh xé bao thủy tinh thể	<p>Tuốc nơ vít 1.5mm, đầu mũi vít hình lục giác. Cán tay cầm bằng nhựa dẻo. Thân bằng thép không gỉ. Tiệt trùng được bằng nhiệt độ hoặc hơi nước Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương</p>	Cái	2
20	Tuốc nơ vít 1.5mm	<p>Tuốc nơ vít 2.5mm, đầu mũi vít hình lục giác. Cán tay cầm bằng nhựa dẻo. Thân bằng thép không gỉ. Tiệt trùng được bằng nhiệt độ hoặc hơi nước Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương</p>	Cái	2
21	Tuốc nơ vít 2.5mm	<p>Tuốc nơ vít 3.5mm, đầu mũi vít hình lục giác. Cán tay cầm bằng nhựa dẻo. Thân bằng thép không gỉ. Tiệt trùng được bằng nhiệt độ hoặc hơi nước Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương</p>	Cái	3
22	Tuốc nơ vít 3.5mm, mũi vít hình lục giác	<p>Thân bằng thép không gỉ. Tiệt trùng được bằng nhiệt độ hoặc hơi nước Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương</p>	Cái	5
23	Tuốc nơ vít 3.5mm, mũi vít hình sao	<p>Tuốc nơ vít 4.5mm, đầu mũi vít hình lục giác. Cán tay cầm bằng nhựa dẻo. Thân bằng thép không gỉ. Tiệt trùng được bằng nhiệt độ hoặc hơi nước Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương</p>	Cái	3
24	Tuốc nơ vít 4.5mm, mũi vít hình lục giác			

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
25	Tuốc nơ vít 4.5mm, mũi vít hình sao	Tuốc nơ vít 4.5mm, đầu mũi vít hình sao. Thân bằng thép không gỉ. Tiệt trùng được bằng nhiệt độ hoặc hơi nước Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	5
26	Thanh luồn dây cưa sọ não	Chất liệu: thép không gỉ Chiều dài $\geq 300\text{mm}$ Tiệt trùng được bằng nhiệt độ hoặc hơi nước Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	10
27	Thìa nạo xương	Thìa nạo xương hai đầu Chất liệu: thép không gỉ Kích thước $\geq 170\text{mm}$ Tiệt trùng được bằng nhiệt độ hoặc hơi nước Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	5
Tổng khoản: 27 khoản				

Handwritten signature