

SỞ Y TẾ YÊN BÁI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 305/BVĐK-VTTTBYT
V/v: Mời báo giá trang thiết bị y tế

Yên Bái, ngày 12 tháng 6 năm 2023


Kính gửi: Các đơn vị nhập khẩu, phân phối trang thiết bị y tế

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế.

Để có căn cứ xây dựng giá kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế (theo phụ lục chi tiết đính kèm) phục vụ công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái kính mời các đơn vị nhập khẩu, phân phối các mặt hàng trên gửi báo giá (đã bao gồm thuế và chi phí vận chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái) về: Phòng Vật tư trang thiết bị Y tế – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái trước ngày 23 tháng 6 năm 2023 để tiến hành các thủ tục mua sắm theo quy định của pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ: DS Hoàng Duy Khánh, Số điện thoại 0962.743.666, email: dskhanhbvt@gmail.com.

Xin trân trọng cảm ơn./.



Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.



PHÓ GIÁM ĐỐC
Diêm Sơn

Phụ lục
DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Công văn số 305 /BVĐK-VTTTBYT ngày 12 /6/2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái)

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Tiêu chuẩn chất lượng	Đơn vị tính	Số lượng
1	Xe lăn	<ul style="list-style-type: none">- Khung xe làm từ sắt mạ- Bánh xe di chuyển: 02 cái- Bánh xe nhỏ dẫn hướng: 02 cái- Đệm ngồi, tựa lưng: 01 bộ- Phanh: 02 cái- Đỡ chân: 02 cái- Tay đẩy: 02 cái- Kích thước:<ul style="list-style-type: none">+ Chiều dài: từ 950 đến 1100mm ($\pm 5\%$)+ Chiều rộng: từ 600 đến 700mm ($\pm 5\%$)+ Chiều cao: từ 850 đến 950mm ($\pm 5\%$)	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	Cái	10
2	Máy đo nồng độ Oxy trong máu	<ul style="list-style-type: none">- Thiết kế dạng cầm tay- Màn hình hiển thị LCD- Lưu trữ dữ liệu ≥ 200 giờ Đo SpO2: <ul style="list-style-type: none">- Phạm vi đo: 0% ~ 100%- Độ chính xác: Người lớn và trẻ em: $\pm 2\%$ (70% ~ 100%); Trẻ sơ sinh: $\pm 3\%$ (70% ~ 100%) Nhịp mạch: <ul style="list-style-type: none">- Phạm vi đo: 25 ~ 300 (nhịp/phút)- Độ chính xác: ± 2 (nhịp/phút)	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	Cái	10



Handwritten signature

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Tiêu chuẩn chất lượng	Đơn vị tính	Số lượng
3	Đèn cực tím di động	Chiều cao đèn từ 150cm đến 160cm Máng đèn làm bằng chất liệu inox, lắp đặt được 02 bóng đèn cực tím chiều dài 90cm Có công tắc riêng cho từng bóng	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	Cái	20
4	Đèn cực tím gắn tường	Máng đèn làm bằng chất liệu inox, lắp đặt được 02 bóng đèn cực tím chiều dài 90cm Có công tắc riêng cho từng bóng	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	Cái	20
5	Máy xét nghiệm đường huyết	Lượng máu tối thiểu: 0.9 μ L Thời gian trả kết quả \leq 7 giây Bộ nhớ \geq 300 kết quả Đơn vị đo mg/ dL	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	Cái	5
6	Xạ ké	Chất liệu vỏ: nhựa Chất nhiệt phát quang (TLD): CaSO4 Dùng cho loại tia X và tia Gamma	Đạt tiêu chuẩn cơ sở	Cái	1
Tổng khoản: 06 khoản					



Handwritten signature