

## **YÊU CẦU BÁO GIÁ**

### **Trang bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái**

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: *Mua sắm trang bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái* với nội dung cụ thể như sau:

#### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái
- Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: DS Hoàng Duy Khánh
- Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư trang thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

- Số điện thoại: 0962.743.666

- Địa chỉ email: [dkhanhbvt@gmail.com](mailto:dkhanhbvt@gmail.com)

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Vật tư trang thiết bị Y tế – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 17 tháng 7 năm đến trước 17h00 ngày 27 tháng 7 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.


5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90, kể từ ngày 27 tháng 7 năm 2023.

6. Hình thức đăng tải: Đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái <http://benhvientinhuyenbai.vn/>

## II. Nội dung yêu cầu báo giá:

### 1. Danh mục trang bị y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Xe lăn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khung xe làm từ sắt mạ</li> <li>- Bánh xe di chuyển: 02 cái</li> <li>- Bánh xe nhỏ dẫn hướng: 02 cái</li> <li>- Đệm ngồi, tựa lưng: 01 bộ</li> <li>- Phanh: 02 cái</li> <li>- Đỡ chân: 02 cái</li> <li>- Tay đẩy: 02 cái</li> <li>- Kích thước:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chiều dài: từ 950 đến 1100mm (<math>\pm 5\%</math>)</li> <li>+ Chiều rộng: từ 600 đến 700mm (<math>\pm 5\%</math>)</li> <li>+ Chiều cao: từ 850 đến 950mm (<math>\pm 5\%</math>)</li> </ul> </li> <li>- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001</li> </ul>	10	Cái
2	Máy đo nồng độ Oxy trong máu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết kế dạng cầm tay</li> <li>- Màn hình hiển thị LCD</li> <li>- Lưu trữ dữ liệu <math>\geq 200</math> giờ</li> <li>Đo SpO<sub>2</sub>:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phạm vi đo: 0% ~ 100%</li> <li>- Độ chính xác: Người lớn và trẻ em: <math>\pm 2\%</math> (70% ~ 100%); Trẻ sơ sinh: <math>\pm 3\%</math> (70% ~ 100%)</li> </ul> </li> <li>Nhịp mạch:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phạm vi đo: 25 ~ 300 (nhịp/phút)</li> <li>- Độ chính xác: <math>\pm 2</math> (nhịp/phút)</li> </ul> </li> <li>- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001</li> </ul>	5	Cái
3	Đèn cực tím di động	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiều cao đèn từ 150cm đến 160cm</li> <li>- Máng đèn làm bằng chất liệu inox, lắp đặt được 02 bóng đèn cực tím chiều dài 90cm</li> <li>- Có công tắc riêng cho từng bóng</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001</li> </ul>	10	Cái
4	Đèn cực tím gắn tường	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Máng đèn làm bằng chất liệu inox, lắp đặt được 02 bóng đèn cực tím chiều dài 90cm</li> <li>- Có công tắc riêng cho từng bóng</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001</li> </ul>	20	Cái
5	Máy xét nghiệm đường huyết	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lượng máu tối thiểu: 0.9 <math>\mu</math>L</li> <li>- Thời gian trả kết quả <math>\leq 7</math> giây</li> <li>- Bộ nhớ <math>\geq 300</math> kết quả</li> <li>- Đơn vị đo mg/dL</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001</li> </ul>	5	Cái



STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
6	Giấy điện tim 12 kênh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dạng cuộn, chiều rộng 215mm, chiều dài <math>\geq</math> 300cm.</li> <li>- Chất liệu: giấy in nhiệt dùng trong y tế, có kẻ sọc lưới.</li> <li>- Tương thích và sử dụng được cho máy điện tim 12 kênh Trismed.</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001</li> </ul>	Cuộn	200
<b>Tổng khoản: 06 khoản</b>				

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Chậm nhất 10 ngày sau khi nhận được dự trù của bên mời thầu.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản qua Kho bạc nhà nước tỉnh Yên Bái.

- Thời hạn thanh toán: Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ khi nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu (chứng từ thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật).

- Đồng tiền thanh toán theo hợp đồng: Đồng Việt Nam (VND).

- Số lần thanh toán: Thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng

5. Các thông tin khác (nếu có): Không.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;

- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**



*Erân Lan Anh*