

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Bảo dưỡng Kính hiển vi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: *Bảo dưỡng Kính hiển vi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái*, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

- Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: DS Hoàng Duy Khánh

- Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư trang thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

- Số điện thoại: 0962.743.666

- Địa chỉ email: dskhanhbvt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Vật tư trang thiết bị Y tế – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00' ngày 20 tháng 9 năm 2023 đến trước 08h00' ngày 02 tháng 10 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90, kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2023.

6. Hình thức đăng tải: Đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái <http://benhvientinhuyenbai.vn/>

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu theo Bảng sau:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bảo dưỡng kính hiển vi	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ hệ quang của kính. - Kiểm tra, hiệu chỉnh mạch nguồn, mạch công suất, cường độ sáng của bóng đèn đang sử dụng của kính. - Xử lý các vết mốc nằm trên bề mặt thấu kính hoặc trong thân kính (nếu có). - Bảo dưỡng, tra dầu mỡ chuyên dụng cho mâm xoay vật kính, thanh trượt, rãnh bi, các bánh răng ăn khớp của bàn di mẫu và trục kính. - Hiệu chỉnh lại khả năng lấy nét của ốc vi cấp và vĩ cấp, khả năng di chuyển của bàn di mẫu. - Vệ sinh toàn bộ phần thân kính. - Lắp ráp và hiệu chỉnh lại trục quang học tuyệt đối (quang tâm), trục quang góc xoay mắt (quang xoay) và đi-ốp bằng dụng cụ hiệu chỉnh chuyên biệt. - Kiểm tra, thử nghiệm lại toàn bộ hoạt động của kính. 	10	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Bảo dưỡng kính hiển vi có camera tích hợp	<ul style="list-style-type: none"> - Tháo rời phần camera và các bộ phận cấu thành của kính. Vệ sinh toàn bộ phần thân kính và vỏ ngoài. - Kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ hệ quang của kính. Vệ sinh lăng kính, ống chia sáng trên đầu quan sát có 	03	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<p>công camera.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xử lý các vết mốc nằm trên bề mặt thấu kính hoặc trong thân kính (nếu có). - Bảo dưỡng, tra dầu mỡ chuyên dụng cho mâm xoay vật kính, thanh trượt, rãnh bi, các bánh răng ăn khớp của bàn di mẫu và trục kính. - Hiệu chỉnh lại khả năng lấy nét của ốc vi cấp và vĩ cấp, khả năng di chuyển của bàn di mẫu. - Kiểm tra, hiệu chỉnh mạch nguồn, mạch công suất, cường độ sáng của bóng đèn đang sử dụng của kính. - Vệ sinh toàn bộ phần thân kính - Lắp ráp và hiệu chỉnh lại trục quang học tuyệt đối (quang tâm), trục quang góc xoay mắt (quang xoay) và đi-ốp bằng dụng cụ hiệu chỉnh chuyên biệt. - Hiệu chỉnh tâm trục đường sáng lên camera so với trục chính. - Hiệu chỉnh kết nối giữa camera và phần mềm; hiệu chỉnh thời gian phơi sáng, độ màu, các chức năng thu hình của camera. - Kiểm tra, thử nghiệm lại toàn bộ hoạt động của kính, quá trình lưu trữ hình ảnh và tạo backup dữ liệu 				

