

Yên Bái, ngày 04 tháng 8 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm vật tư can thiệp mạch phục vụ công tác khám chữa bệnh do không lựa chọn được nhà thầu năm 2023 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Lê Trọng Thủy – Trưởng khoa Dược – BVĐK tỉnh Yên Bái, email: letrongthuykd@gmail.com, Số điện thoại 0966.476.555.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá theo một trong hai hình thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Lê Trọng Thủy, Khoa Dược – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái (Xã Giới Phiên – Thành Phố Yên Bái – Tỉnh Yên Bái). Số điện thoại 0966.476.555. Hoặc

- Nhận qua email: letrongthuykd@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 04 tháng 8 năm 2023 đến trước 17h 00 ngày 14 tháng 8 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục trang thiết bị y tế.

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
1	Ống thông dẫn đường dùng trong can thiệp mạch não	1. Kích cỡ 6F, đường kính trong 0.088 inch \pm 10%, chiều dài \geq 80cm, đường kính ngoài đầu gần 8F, đường kính ngoài đầu xa 8F. Dùng để dẫn đường trong kỹ thuật can thiệp mạch não. 2. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	12	Cái
2	Ống thông chụp động mạch vành 2 bên	1. Cấu tạo lưới thép không gỉ bền đôi, chống xoắn, có các cỡ từ 4F, 5F và 6F, chiều dài \geq 100cm. 2. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	150	Cái
Tổng: 02 Khoản				



2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế (có phụ lục chi tiết kèm theo)
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Dự kiến cuối tháng 8 năm 2023.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: .
5. Các thông tin khác (nếu có): Không

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



GIÁM ĐỐC

Trần Lan Anh



Phụ lục

DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 04/8/2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái)

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm cung cấp	Địa điểm giao hàng	Thời gian giao hàng dự kiến
1	Ống thông dẫn đường dùng trong can thiệp mạch não	<p>1. Kích cỡ 6F, đường kính trong 0.088 inch \pm 10%, chiều dài \geq 80cm, đường kính ngoài đầu gần 8F, đường kính ngoài đầu xa 8F. Dùng để dẫn đường trong kỹ thuật can thiệp mạch não.</p> <p>2. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.</p>	12	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ khi nhận được dự trữ của Bệnh viện
2	Ống thông chụp động mạch vành 2 bên	<p>1. Cấu tạo lưới thép không gỉ bện đôi, chống xoắn, có các cỡ từ 4F, 5F và 6F, chiều dài \geq 100cm.</p> <p>2. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.</p>	150	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ khi nhận được dự trữ của Bệnh viện
Tổng 02 khoản							