

Yên Bái, ngày 31 tháng 10 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Dịch vụ kiểm định, kiểm xạ trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: *Kiểm định, kiểm xạ trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái* với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá:
 - Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái
 - Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ tên: DS Hoàng Duy Khánh
 - Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư trang thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái
 - Số điện thoại: 0962.743.666
 - Địa chỉ email: dkkhanhbvt@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Vật tư trang thiết bị Y tế – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 31 tháng 10 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 10 tháng 11 năm 2023.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120, kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2023.
- Hình thức đăng tải: Đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái <http://benhvientinhvienbai.vn/>

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu theo Bảng sau:



STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kiểm định thiết bị chụp cắt lớp vi tính (32 lát cắt và 64 lát cắt)	Kiểm định theo QCVN 12:2016/BKHCN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X-quang cắt lớp dùng trong y tế	02	Hệ thống	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	31/03/2024
2	Kiểm định thiết bị chụp X-quang tầng sáng truyền hình	Kiểm định theo QCVN 16:2018/BKHCN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang tầng sáng truyền hình dùng trong y tế	03	Máy	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	31/03/2024
3	Kiểm định thiết bị chụp X-quang tổng hợp	Kiểm định theo QCVN 11:2015/BKHCN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế	03	Máy	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	31/03/2024
4	Kiểm định thiết bị chụp X-quang vú	Kiểm định theo QCVN 21:2019/BKHCN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang chụp vú và thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa dùng trong y tế	01	Máy	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	31/03/2024
5	Kiểm định thiết bị X-quang đo mật độ xương	Kiểm định theo QCVN 24:2023/BKHCN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang đo mật độ xương dùng trong y tế	01	Máy	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	31/03/2024
6	Kiểm xạ khu vực đặt thiết bị X-quang	Kiểm xạ theo Văn bản hợp nhất số 05/VBHN -BKHCN ngày 20/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế	15	Khu vực	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	31/03/2024

- Báo giá dịch vụ kiểm định, kiểm xạ các thiết bị theo danh mục trên đã bao gồm toàn bộ các chi phí, dịch vụ liên quan khác.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.



PHÓ GIÁM ĐỐC
Diễm Sơn