

Yên Bái, ngày 11 tháng 10 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Liều kế cá nhân phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: *Mua sắm liều kế cá nhân phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái* với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái
- Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: DS Hoàng Duy Khánh
- Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư trang thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

- Số điện thoại: 0962.743.666

- Địa chỉ email: dkhanhbvt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Vật tư trang thiết bị Y tế – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 12 tháng 10 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 22 tháng 10 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 22 tháng 10 năm 2023.

6. Hình thức đăng tải: Đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái <http://benhvientinhuyenbai.vn/>

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục trang thiết bị y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Liều kế cá nhân	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu dò phóng xạ bằng silicon diode - Bức xạ ghi đo: X và Gamma (20 keV-3MeV) - Dải liều: 0.1 μSv-10Sv - Dải suất liều: 0.1 μSv/h-10 mSv/h - Độ chính xác: $< \pm 30\%$ - Ngưỡng cảnh báo: + Liều: 1μSv - 9999μSv + Suất liều: 1μSv/h - 9999μSv/h - Đáp ứng góc: 0° đến 60°: $\leq \pm 20\%$ (Cs-137) - Nguồn điện: Pin Li-po 2500 mAh - Chuẩn kỹ thuật điện: Tiêu chuẩn IEC 61526 	17	Cái
Tổng khoản: 01 khoản				

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Chậm nhất 10 ngày sau khi nhận được dự trù của bên mời thầu.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản qua kho bạc nhà nước tỉnh Yên Bái.

- Thời hạn thanh toán: Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ khi nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu (chứng từ thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật).

- Đồng tiền thanh toán theo hợp đồng: Đồng Việt Nam (VND).

- Số lần thanh toán: Thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng

5. Các thông tin khác (nếu có): Không. *Shuy*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Diem Son